AIR PRODUCTS

Certificado de Conformidade

Air Products Brasil Ltda
Av. Francisco Matarazzo, 1400
11 Andar - Cond. Edifício Milano
05001-903 SÃO PAULO - SP
BRASIL
Data da impressão: 22 Jun 16

Tipo do vasilhame: X50S - 50L - Garrafa de Aço
Válvula de conexão: DIN 11D
Peso líquido: 33,0kg
Grau de pureza: Medical

Material	Data de Fabricação	Data de análise	Consumir até
256456- OXIDO NITROSO MEDICINAL	29.01.2016	29.01.2016	29.01.2021
lote de Inspeção 2112878		Lugar de origem 4001	

	Limite inferior	Limite superior	Valor nominal	Valor atual	Unidade	Incert. Expandida	Nr. Rep. Desvio	Análise Fase	Análise Frequência	Análise Método
Oxido Nitroso	99,0			>99,5	% (V)			L	B	
NH3		<25		<0,5	ppm			L	B	
NO2		<1,25		<0,2	ppm			L	B	
NO		<1,25		<0,2	ppm			G	B	
H2O		<0,15		<0,1	ppm			G	B	
CO2		<300		<200	ppm			G	B	
CO		<5		<1	ppm			G	B	
Halogênios		<1		<0,05	ppm			G	B	

Este certificado é emitido eletronicamente sendo válido sem assinatura

Observações
fase: L=Liquido; V=Vapor
"Frequência analítica: I=Individual, B=Batch(lote), S=Source, G=Guarantida"